



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

T: 07/373-05-92

F: 07/373-05-90

E-pošta: andrej.bajuk@kgzs-zavodnm.si

Splet: www.kmetijskizavod-nm.si

Navodilo za vzorčenje za svetovalne analize

Za svetovalno analizo nam v Enološki laboratorij dostavite vzorec mošta ali vina. Pri tem upoštevajte naslednje:

- **Embalaza:** Primerna je ustrezno očiščena vsaj 0,5 l plastenka ali steklenica od navadne ali mineralne vode brez okusa in z originalnim zamaškom. Embalaža od sokov ali drugih pijač ni primerna. Embalaža (plastenka, steklenica, zamašek..) ne smejo biti plesnivi, saj to vpliva na kemijski in organoleptični rezultat analize. Pred polnjenjem je potrebno embalažo sprati z vzorcem mošta ali vina (oviniti).
- **Vzorčenje:** Prvi dcl vzorca zavržite (zaradi plesni, oksidacije, cika..), šele nato ga nalijte v ustrezno embalažo, ki ne sme biti napolnjena do vrha (vsaj 1 cm pod vrhom). Pri natakanju je potrebno paziti, da zraven ne natočite parafinskega olja, ki je na površini vzorca vina. Ko vzorec natočite v ustrezno embalažo, ga čimprej dostavite v enološki laboratorij.
- **Transport do enološkega laboratorija:** Optimalna temperatura transporta vzorca je 10°C do 25°C. Vzorec med transportom ne sme biti izpostavljen ekstremnim temperaturam (pod 0°C ali nad 30°C).

Novo mesto, 9. 11. 2016